

Паспорт – сертификат № 14

Кислота соляная «Х.Ч.» ГОСТ 3118-77 изм.1 пл.1,185
ОКП 26 1234 0013 04

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ГОСТ 3118-77
1.	Внешний вид	Испытания по п. 3.2
2.	Массовая доля соляной кислоты, (HCl), %	35-38
3.	Массовая доля остатка после прокаливании (в виде сульфатов), %, не более	0,0005
4.	Массовая доля сульфитов (SO ₃), %, не более	0,0002
5.	Массовая доля сульфатов(SO ₄), %, не более	0,0002
6.	Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более	0,00005
7.	Массовая доля аммонийных солей (NH ₄), %, не более	0,0003
8.	Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,00005
9.	Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,000005
10.	Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,00005

- Методы анализа ИСП – спектрометрия, химические методы.
- Относительное стандартное отклонение концентраций определяемых примесей не превосходит 10%.
- Гарантийный срок хранения – 1 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 3118-77