

Паспорт – сертификат
вода деионизованная марка В
ост 11 029. 003-80 изм. изв.ОЩ-754

Показатели качества

| № п/п | Наименование показателей, | Нормы по ост 11 029. 003-80 |
|--------------|---|------------------------------------|
| 1. | Удельное сопротивление при температуре 20± 2°С, Мом.см, не менее | 5 |
| 2. | Содержание органических веществ (перманганатная окисляемость в пересчете на кислород), мг/л, не более | 1,0 |
| 3. | Содержание кремниевой кислоты в пересчете на SiO ₃ ²⁻ , мг/л, не более | 0,05 |
| 4. | Содержание железа, мг/л, не более | 0,01 |
| 5. | Содержание меди, мг/л, не более | 0,003 |
| 6. | Содержание микрочастиц шт/мл | 50 |
| 7. | Минимальный размер частиц, мкм | 5 |

- Методы анализа ИСР – спектрометрия, химические методы.
- Относительное стандартное отклонение концентраций определяемых примесей не превосходит 10%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ОСТ 11 029. 003-80, изм. изв.ОЩ-754