

Паспорт - сертификат
Калий сернокислый кислый
ГОСТ 4223-75 марка Ч

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателей	Норма по гост 4223-75 Ч
1.	Массовая доля кислого сернокислого калия (KH SO ₄), %, не менее	99-103
2.	Массовая доля нерастворимых в аммиаке веществ, %, не более	0,020
3.	Массовая доля аммонийных солей(NH ₄), %, не более	Не норм.
4.	Массовая доля нитратов (NO ₃), %, не более	Не норм.
5.	Массовая доля кремнекислоты (SiO ₂), %, не более	0.020
6.	Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0020
7.	Массовая доля фосфатов (PO ₄), %, не более	0,0020
8.	Массовая доля алюминия (Al), %, не более	0.005
9.	Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,0020
10.	Массовая доля магния (Mg), %, не более	0,0010
11.	Массовая доля натрия (Na), %, не более	Не норм.
12.	Массовая доля кальция (Ca), %, не более	0,005
13.	Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,00004
14.	Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,00200

- Методы анализа ICP – спектрометрия, химические методы.
- Относительное стандартное отклонение концентраций определяемых примесей не превосходит 10%.
- Гарантийный срок хранения -3 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4223-75