

# Паспорт - сертификат

Калий сернокислый  
ГОСТ 4145-74 марка чда

## Показатели качества

№ п/п	Наименование показателей	Норма по гост 4145-74 чда
1.	Массовая доля сернокислого калия (K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> ), %, не менее	98
2.	Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,010
3.	Массовая доля аммонийных солей(NH <sub>4</sub> ), %, не более	0,002
4.	Массовая доля нитратов (NO <sub>3</sub> ), %, не более	0,002
5.	Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более	0,0010
6.	Массовая доля железа (Fe), %, не более	0,0005
7.	Массовая доля мышьяка (As), %, не более	0,00010
8.	Массовая доля натрия (Na), %, не более	0,15
9.	Массовая доля кальция (Ca), %, не более	0,010
10.	Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более	0,0010
11.	pH раствора препарата с массовой долей 5 %	5,5-8,0

- Методы анализа ИСР – спектрометрия, химические методы.
- Относительное стандартное отклонение концентраций определяемых примесей не превосходит 10%.
- Гарантийный срок хранения -3 года.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Соответствует ГОСТ 4145-74