

Паспорт - сертификат

Натрий фтористый
ГОСТ 4463-76 марка чда
ОКП 26 2112 1192 03

Показатели качества

№ п/п	Наименование показателей	Норма по гост 4463-76 чда
1.	Массовая доля фтористого натрия (NaF), %, не менее	99
2.	Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более	0,02
3.	Массовая доля кислоты (в пересчете на HF), %, не более	0,03
4.	Массовая доля щелочи (в пересчете на Na ₂ CO), %, не более	0,10
5.	Массовая доля сульфатов, %, не более	0,01
6.	Массовая доля хлоридов, %, не более	0,002
7.	Массовая доля железа, %, не более	0,002
8.	Массовая доля кремния, %, не более	0,01
9.	Массовая доля суммы свинца, меди и марганца (Pb+Cu+Mn), %, не более	0,001

- Методы анализа ИСП – спектрометрия, химические методы.
- Относительное стандартное отклонение концентраций определяемых примесей не превосходит 10%.
- Гарантийный срок хранения -3 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Соответствует ГОСТ 4463-76